



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél.. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 436407  
N° client : 31030  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Mun. de Grenville-sur-la-Rouge

88, rue des Érables  
Grenville-sur-la-Rouge  
Québec J0V 1B0  
N° téléphone : 819-242-8762  
Email : ggemus@gslr.ca

### N° échantillon : 491491

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-01-07  
Prélevé le : 2019-01-07  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Centre Paul-Bougie  
Préleveur : Claude Carrière  
N° réseau : X0009531  
Identification réseau : Distribution Grenville-sur-la-Rouge  
(Calumet)  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Turbidité (LBS-TUR-403-A) a 3	0,21	UTN	≤ 5 (N)	2019-01-07

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.